

- ๒.๗ มี Graphical User Interface (GUI) ของระบบ Windows XP ทำให้ใช้งานง่าย
- ๒.๘ สามารถเลือกการตรวจวิเคราะห์ ได้ ๒ แบบ คือ CBC, CBC+DIFF ซึ่งทำให้ประหยัดน้ำยา
- ๒.๙ ใช้ปริมาณตัวอย่างเลือดไม่เกิน ๒๐ ไมโครลิตรสำหรับ Manual Mode
- ๒.๑๐ เครื่องสามารถอ่าน bar code และสามารถใส่ข้อมูลด้วยระบบ Manual ของหมายเลขตัวอย่างได้
- ๒.๑๑ เครื่องสามารถเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ได้อย่างน้อย ๕,๐๐๐ ราย รวมทั้งข้อมูล ตัวเลขและกราฟได้
- ๒.๑๒ มีกราฟแสดงข้อมูลการกระจายตัวของเซลล์เม็ดเลือดทั้ง Histogram และ Scattergrams
- ๒.๑๓ สามารถตั้งค่าปกติของคนไข้ และเลือกหน่วยในการรายงานผลได้
- ๒.๑๔ มีโปรแกรมและการเก็บข้อมูลการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย ๒๐ Files และสามารถพิมพ์ผลออกในรูปแบบ กราฟและข้อมูลดิบ
- ๒.๑๕ มีระบบข้อความหรือเสียงหรือแสงไฟ แจ้งเตือนเพื่อบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น จากความผิดปกติของตัวอย่างเลือดหรือความผิดปกติของระบบการทำงานขัดข้อง พร้อมบอกวิธีแก้ไข
- ๒.๑๖ มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ (LIS) ของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลได้
๓. ผู้ขายต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (automatic blood cell analyzer) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมช่างประจำในเขตพื้นที่ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพทุกๆ ๓ เดือน
๔. ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้น้ำยากับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (automatic blood cell analyzer) ในเรื่อง Calibrate และการทำ Control อย่างถูกต้องเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (automatic blood cell analyzer) (Slide maker and stainer) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ฉบับ มาไว้ให้ ณ จุดปฏิบัติงาน
๖. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพน้ำยา หากมีการเสื่อมสภาพ ผู้ขายต้องนำน้ำยามาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับทางโรงพยาบาล
๗. ราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมชุดสำเร็จอื่น เช่น สารควบคุมคุณภาพ น้ำยา และอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบในการตรวจวิเคราะห์
๘. ผู้ขายต้องทำการ Validation Verify , Correlation และหาค่า Reference range ประจำปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางสุวรรณา เขียวผ่อง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกาญจนา พวงบุปผา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางศศิธรดา เศรษฐรักษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ