

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

\*\*\*\*\*

**๑. ชื่อโครงการ** ชื่อศูนย์การแพทย์

-หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลชลุม อำเภอลุม จังหวัดจันทบุรี

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**

เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๓. วันที่กำหนดราคากลาง**

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

๔.๑ สำนักรวราคาท้องตลาดจากผู้ค้า ๓ ราย

-บริษัท ยูแพม คลินิก จำกัด

-บริษัท สุพรีมเทรดดิ้ง ๒๐๐๐ จำกัด

-บริษัท มอริล เทรดดิ้ง จำกัด

**๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๕.๑ นางรัตนา สุรนันท์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
-----------------------	------------------------------	---------------

๕.๒ นายธวัช วิเชียรประภา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
--------------------------	------------------------------	---------

๕.๓ นางฤทัย บุญทา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
-------------------	------------------------------	---------

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางรัตนา สุรนันท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธวัช วิเชียรประภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางฤทัย บุญทา)

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน**

๑. ความต้องการ หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนต้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดการอักเสบลดอาการปวดเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
๓. คุณลักษณะทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
  - ๓.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - ๔.๑ เป็นถังสี่เหลี่ยมทำด้วยสแตนเลส ขนาดบรรจุแผ่น HOT PACK จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น
  - ๔.๒ ผนังของถังออกแบบเป็น ๒ ชั้น มีฉนวนกันความร้อนอยู่ระหว่างกลาง
  - ๔.๓ ตัวถังขึ้นในประกอบด้วยตะแกรง สำหรับบรรจุแผ่นประคบร้อน อยู่ภายในแบ่งเป็นช่อง ๆ
  - ๔.๔ ควบคุมอุณหภูมิความร้อนด้วยเทอร์โมสตัท สามารถปรับอุณหภูมิได้
  - ๔.๕ ตัวแผ่นประคบร้อนสามารถเก็บอุณหภูมิความร้อนคงที่ได้ ๓๐ นาที
  - ๔.๖ มีล้อเพื่อความสะดวกและมีราวจับด้านข้างสำหรับเคลื่อนย้ายสะดวก
  - ๔.๗ ฝามีมือจับสำหรับเปิดปิด
  - ๔.๘ ตัวเครื่องและแผ่นประคบร้อนและแผ่นประคบเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
  - ๔.๙ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้
    - ๔.๙.๑ แผ่นประคบร้อนใหญ่พิเศษ แบบความร้อนชื้นควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (moist heat pac) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ x ๖๑ ซม. จำนวน ๔ แผ่น
    - ๔.๙.๒ แผ่นประคบร้อนคอ แบบความร้อนชื้นควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (moist heat pac) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๑ ซม. จำนวน ๔ แผ่น
    - ๔.๙.๓ แผ่นประคบเย็นขนาดมาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (vinyl cool pac) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๓๖ ซม. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางรัตนา สุรนันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัช วิเชียรประภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฤทัย บุญทา)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ตัวเครื่องและแผ่นประกอบร้อนและแผ่นประกอบเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ บริษัท จะต้องบริการตรวจเช็คเครื่องมือทุก ๖ เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปี
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง ๒ ปี และรับประกันคุณภาพแผ่น ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๕ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๖ มีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางรัตนา สุรนันทน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัช วิเชียรประภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฤทัย บุญทา)